# Ficha Técnica

Carrinho para crianças com PCI ALFA My Wam

RDC Medical

MyWam®

# alfa

**ISO 12 22 18 –** Cadeiras de rodas controladas por uma terceira pessoa
**CDM: 92752764**



Cadeira de transporte para criança com PCI, desmontável e dobrável, peso máximo de utilizador 55kg. Basculação do assento em 6 posições no espaço de 5,5° a 30°, reclinação do encosto em 8 posições de -5° a 91°, apoio de pés ajustável em 8 posições em ângulo de 72° a 193°, posição cama 180°. Travão de pé central. Assento ajustável em profundidade, encosto e apoio de pés ajustável em altura. Rodas posteriores com sistema quick-release, bloqueio direcional nas rodas anteriores, todas com amortecedores independentes. Sistema de ajuda "trepa-passeios". Pega de acompanhante ajustável em ângulo. Inclui apoio de cabeça e suportes de tronco e guias de anca rígidos ajustáveis, cobertura com janela rebatível, cunha e cinto de abdução, cinto de 5 pontos, barra de segurança, tabuleiro de atividades, suporte de copos, mala e mochila de viagem, guarda-sol, cobertura de chuva, rede anti mosquitos e saco de dormir.

## DESTAQUES



DESMONTÁVEL
E DOBRÁVEL



TRAVÃO CENTRAL



RECLINAÇÃO DO ENCOSTO
-5° A 91° (8 POSIÇÕES)



APOIO DE PÉS AJUSTÁVEIS
DE 72° A 193° (8 POSIÇÕES)



BASCULAÇÃO 5,5° A 30°
(6 POSIÇÕES)



POSIÇÃO CAMA 180°




PROFUNDIDADE DO
ASSENTO AJUSTÁVEL



ALTURA DO ENCOSTO
AJUSTÁVEL

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura do assento: 20 - 32 cm*/ 41 cm**
Profundidade efetiva do assento: 30 - 40 cm
Altura do encosto: 59 - 74 cm
Largura do encosto: 27 - 32 cm*/ 40 cm**
Distância entre o pé e o assento: 30 - 40 cm, 8 posições
Peso total: 26 kg
Comprimento do carrinho: 100 - 145 cm

Altura do carrinho de bebé: 107 - 128 cm
Largura do carrinho de bebé: 66 cm
Comprimento do carrinho dobrado para transporte: 103cm
Largura do carrinho dobrado para transporte: 66cm
Altura do carrinho dobrado para transporte: 58cm
Peso máximo do utilizador: 55 Kg
Altura do utilizador: 100 - 150cm

* valores obtidos com almofadas
** valores obtidos sem almofadas

**NOTA IMPORTANTE!** A escolha de um dispositivo médico adequado para uma entidade de doença específica e condição do paciente deve ser feita com a ajuda de um técnico, médico especialista ou fisioterapeuta. Antes de utilizar, leia o manual de instruções e o rótulo ou consulte o seu médico, uma vez que este dispositivo médico pode não ser adequado para si.

## ACESSÓRIOS

ALMOFADAS LATERAIS



ALMOFADAS AJUSTÁVEIS NA ZONA DO QUADRIL E TRONCO



BARRA DE SEGURANÇA



CINTO DE ABDUÇÃO



CINTO DE CINCO PONTOS



CUNHA AJUSTÁVEL



TABULEIRO AJUSTÁVEL



COBERTURA COM JANELA



ENCOSTO DE CABEÇA



GUARDA-SOL



MOCHILA



CESTO DE COMPRAS



CAPA DE CHUVA



SACO DE DORMIR



REDE DE MOSQUITOS



LUVAS DE INVERNO



SUPORTE PARA COPO





RDC Medical

geral@rdcmedical.pt
www.rdcmedical.pt