Ficha Técnica

Carrinho para crianças com PCI MEWA My Wam

mewa

ISO 12 22 18 – Cadeiras de rodas controladas por uma terceira pessoa
CDM: 92752802



Cadeira de transporte para criança com PCI, dobrável, peso máximo de utilizador de 40kg. Unidade de assento removível e reversível. Basculação do assento em 4 posições no espaço de 6,5° a 26,5°, reclinação do encosto em 4 posições de 9° a 87°, apoio de pés ajustável em 5 posições em ângulo de 64° a 180°, posição cama 180°. Travão de pé central. Pega de acompanhante ajustável em ângulo. Quatro rodas com sistema quick-release e amortecedores independentes, e bloqueio direcional nas rodas anteriores. Sistema de ajuda "trepa-passeios". Inclui apoio de cabeça e suportes de tronco rígidos ajustáveis, kit de redução da unidade de assento, cobertura com janela rebatível, cunha e cinto de abdução, cinto de 5 pontos, barra de segurança, tabuleiro de atividades, suporte para copos, mala e saco de viagem, guarda-sol, luvas de inverno, cobertura de chuva, rede anti mosquitos e saco de dormir.

DESTAQUES



ASSENTO REVERSÍVEL



BASCULAÇÃO DO ASSENTO
6,5° - 26,5° (4 POSIÇÕES)



POSIÇÃO CAMA 180°



RECLINAÇÃO DO ENCOSTO
9° - 87° (4 POSIÇÕES)



4 RODAS C/
AMORTECEDORES
E QUICK RELEASE



"TREPA PASSEIOS"
AUXILIAR NA CONDUÇÃO



KIT DE REDUÇÃO DA UNI.
DO ASSENTO



ESTRUTURA, ASSENTO E
RODAS INDEPENDENTES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura do assento: 25* - 32 cm
Profundidade efetiva do assento: 24* - 28 cm
Altura do encosto: 62 cm
Largura do encosto: 20* - 30 cm
Distância entre o pé e o assento: 17 - 32 cm, 5 posições
Peso total: 20,5 - 25 kg
Comprimento do carrinho: 97 - 132 cm
Altura do carrinho de bebé: 125 - 128 cm

Largura do carrinho de bebé: 62,5 cm
Comprimento do carrinho dobrado para transporte:
Estrutura 84cm / Assento 88cm
Largura do carrinho dobrado para transporte:
Estrutura 61cm / Assento 43cm
Altura do carrinho dobrado para transporte:
Estrutura 26cm /Assento 42cm
Peso máximo do utilizador: 40Kg
Altura do utilizador: 90-125cm

* valores obtidos com encartes

NOTA IMPORTANTE! A escolha de um dispositivo médico adequado para uma entidade de doença específica e condição do paciente deve ser feita com a ajuda de um técnico, médico especialista ou fisioterapeuta. Antes de utilizar, leia o manual de instruções e o rótulo ou consulte o seu médico, uma vez que este dispositivo médico pode não ser adequado para si.

ACESSÓRIOS

KIT DE REDUÇÃO DA UNIDADE DE ASSENTO



SUPORTES DE PÉS



BARRA DE SEGURANÇA



CINTO DE ABDUÇÃO



CINTO CINCO PONTOS



CUNHA AJUSTÁVEL



TABULEIRO



COBERTURA COM JANELA



LUVAS DE INVERNO



MALA DE VIAGEM



CESTO DE COMPRAS



GUARDA-SOL



CAPA DE CHUVA



SACO DE DORMIR



REDE DE MOSQUITOS



SET CONFORTO





RDC Medical
geral@rdcmedical.pt
www.rdcmedical.pt