# Ficha Técnica

Carrinho para crianças com PCI MOUSE My Wam

mouse

**ISO 12 22 18 –** Cadeiras de rodas controladas por uma terceira pessoa
**CDM: 92752810**



Cadeira de transporte para criança com PCI, dobrável, peso máximo de utilizador de 30kg. Unidade de assento removível e reversível. Basculação do assento no espaço em 4 posições de 8° a 23°, reclinação em 4 posições do encosto de 16° a 88°, apoio de pés ajustável em 5 posições num ângulo de 84° a 173°, posição cama 180°. Travão de pé central. Pega de acompanhante ajustável em ângulo. Quatro rodas com sistema quick-release e amortecedores independentes, e bloqueio direcional nas rodas anteriores. Sistema de ajuda "trepa-passeios". Inclui apoio de cabeça e suportes de tronco rígidos ajustáveis, kit "baby", cobertura com janela rebatível, cunha e cinto de abdução, cinto de 5 pontos, barra de segurança, tabuleiro de atividades, mala e saco de viagem, guarda-sol, luvas de inverno, cobertura de chuva, rede anti mosquitos e saco de dormir.

## DESTAQUES



POSIÇÃO CAMA 180°



ASSENTO REVERSÍVEL



BASCULAÇÃO DO ASSENTO
8° - 23° (4 POSIÇÕES)



RECLINAÇÃO DO ENCOSTO
16° - 88° (4 POSIÇÕES)



KIT "BABY" DISPONÍVEL



4 RODAS EXTRAÍVEIS
C/SUSPENSÃO



ESTRUTURA. ASSENTO E
RODAS INDEPENDENTES



SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO
QUE PERMITE
POSICIONAMENTOS
COMPLEXOS

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura do assento: 24 - 32 cm*
Profundidade efetiva do assento: 22 - 26 cm*
Altura do encosto: 52 cm
Largura do encosto: 30 cm
Distância entre o pé e o assento: 15-23cm, 5 posições
Peso total: 17,2 - 23,2 kg
Comprimento do carrinho: 95 - 124 cm
Altura do carrinho de bebé: 122 - 134 cm

* valores obtidos com encartes

Largura do carrinho de bebé: 60 cm
Comprimento do carrinho dobrado para transporte:
Estrutura 84cm/ Assento 72cm
Largura do carrinho dobrado para transporte:
Estrutura 58cm / Assento 42cm
Altura do carrinho dobrado para transporte:
Estrutura 25cm / Assento 39cm
Peso máximo do utilizador: 30Kg
Altura do utilizador: 80-110cm

**NOTA IMPORTANTE!** A escolha de um dispositivo médico adequado para uma entidade de doença específica e condição do paciente deve ser feita com a ajuda de um técnico, médico especialista ou fisioterapeuta. Antes de utilizar, leia o manual de instruções e o rótulo ou consulte o seu médico, uma vez que este dispositivo médico pode não ser adequado para si.

## ACESSÓRIOS

KIT DE MINIMIZAÇÃO



SUPORTES DE CABEÇA/TRONCO



CINTOS DE ABDUÇÃO



BARRA DE SEGURANÇA



CINTO CINCO PONTOS



CUNHA AJUSTÁVEL



TABULEIRO



COBERTURA COM JANELA



LUVAS DE INVERNO



MALA DE VIAGEM



CESTO DE COMPRAS



GUARDA-SOL



CAPA DE CHUVA



SACO DE DORMIR



REDE DE MOSQUITOS






RDC Medical

geral@rdcmedical.pt
www.rdcmedical.pt